

TRNpure Total RNA Kit

经典RNA提取试剂盒

目录号：A O 3 2 0 4

试剂盒组成

Component	A O 3 2 0 4 (5 0 T)	A O 3 2 0 4 (1 0 0 T)
Buffer RZ	5 0 ml	1 0 0 ml
RNA Extraction Agent	5 ml	1 0 ml
Buffer RW1	2 5 ml	5 0 ml
Buffer RW2 (concentrate)	1 3 ml	2 5 ml
Buffer RW2 (concentrate)	(使用前按瓶上标签加入无水乙醇)	(使用前按瓶上标签加入无水乙醇)
RNase-free H ₂ O	1 0 ml	1 5 ml
Spin Columns RA with Collection Tubes	5 0	1 0 0

保存方法

Buffer RZ 常温运输，4℃避光保存（室温存放3个月无影响），其它组分RT（15 - 30℃）。

产品介绍

改进的异硫氰酸胍 / 酚一步法迅速裂解细胞和灭活细胞RNA酶，用乙醇调节结合条件后，总RNA选择性吸附于离心柱内硅基质膜上，再通过一系列快速的漂洗—离心的步骤将细胞代谢物，蛋白等杂质去除，最后低盐的RNase-free H₂O将纯净RNA从硅基质膜上洗脱。提取的RNA纯度高，质量稳定可靠，可直接应用于下游RT-PCR、Northern Blot、Dot Blot和体外翻译等实验。

实验前准备及重要注意事项

需自备无水乙醇。

提取的样品避免反复冻融，否则影响RNA提取得率和质量。

第一次使用Buffer RW2前应按照试剂瓶标签的说明加入无水乙醇。

样品加入Buffer RZ匀浆后，加氯仿前，可在-70℃保存一个月以上（注意正确操作是样品充分裂解之后再冻存）。

操作步骤

样本处理

动物 / 植物组织：将组织在液氮中充分研磨，每 50 - 100 mg 组织中加入 1 ml Buffer RZ 匀浆。

单层培养细胞：向直径 3.5 cm 的培养板 / 瓶中加入 1 ml Buffer RZ（按培养板面积而不是细胞数决定加入量，每 10 cm² 加入 1 ml），用移液器轻轻反复吸打裂解细胞至溶液透明。

细胞悬液：离心取细胞，弃上清，每 5 - 10 × 10⁶ 动物 / 植物 / 酵母细胞或每 10⁷ 细菌细胞加入 1 ml Buffer RZ 混匀裂解细胞。加入 Buffer RZ 前不要洗涤细胞，以免降解 mRNA。一些酵母和细菌细胞可能需要匀浆仪处理。

血液与病毒液处理：直接取新鲜的血液或病毒液，加入 3 倍体积 TRNpure Reagent（推荐 0.25 ml 全血或病毒液加入 0.75 ml TRNpure Reagent 试剂），充分振荡混匀。

将匀浆样品在室温（15 - 30℃）放置 5 min，使得核酸蛋白复合物完全分离。

加入 100 μl RNA Extraction Agent（或 200 μl 氯仿），盖好管盖，用手剧烈振荡 15 s，室温放置 3 min。

4℃，12,000 rpm 离心 10 min，转移上清（约 400 - 500 μl，无需全部吸取，以免碰触中间层）到新的离心管中。

加入 0.5 倍上清体积的无水乙醇，颠倒混匀（可能会出现沉淀，不影响后续操作），将得到的溶液和可能产生的沉淀一起转入已装入收集管的吸附柱（Spin Columns RA）中，12,000 rpm 离心 30 s，弃废液。

向吸附柱 RA 中加入 500 μl Buffer RW1，12,000 rpm 离心 30 s，弃废液。

向吸附柱 RA 中加入 600 μl Buffer RW2（使用前检查是否加入无水乙醇！），12,000 rpm 离心 30 s，弃废液。

重复步骤 7。

将吸附柱放回空收集管内，12,000 rpm 离心 2 min。

注意：这一步的目的是去除吸附柱中残余乙醇，乙醇残留会影响后续的酶促反应（酶切、PCR 等）。

将吸附柱 RA 放入新的 RNase-free 离心管中，向吸附膜的中间部位悬空滴加 30 - 100 μl RNase-Free H₂O，室温放置 2 min，12,000 rpm 离心 1 min，得到 RNA 溶液，-70℃ 保存。

注意：RNase-Free H₂O 体积不应少于 30 μl，体积过小影响回收效率。